EN

INTENDED USE
A rigid flexible tubular component of a dental suction system designed to be inserted into the oral cavity for the aspiration and removal of fluids, aerosols and debris during a dental procedure, thus ensuring a dry surgical field. The device is available sterile and non-sterile.
USER
Only for use by dental personnel and qualified staff.
PATIENT TARGET GROUP
The aspirator tip is used in the context of an outpatient dental procedure for patients of all ages and adults, regardless of gender, including pregnant and breastfeeding women.

CHARACTERISTICS OF THE DEVICE

EM19	L=114 mm; D=16 mm
EM21	L=129 mm; D=16 mm
EM40 ASPIRATOR TIP	L=200 mm; D=11 mm



SPECIFICATIONS OF USE
- Consult the technical part of the Instruction for Use provided with the dental unit or surgical aspirator related to the operating and safety aspects, like the handpiece of the dental unit or surgical aspirator, using an adapter if necessary.
- Activate the aspiration system. The suction function generates the suction of fluids and aerosols only from the ending tip of the cannula without further aspiration points, i.e in the connection with the dental unit or from holes in the cannula length in such cases, stop using the device immediately and dispose of it.
- After use, handle the device as specified in the REPROCESSING INSTRUCTIONS.

WARNINGS
- The use of the device is contraindicated in patients with sensitivity or allergies to polypropylene.
- The mechanical action of rubbing the cannula on mucosa may cause slight wear and tear and possible redness.
- Devices are not sterile on delivery. Before being they are used for the first time, and after each patient treatment, they must undergo complete REPROCESSING, following the REPROCESSING INSTRUCTIONS.
- Failure to comply with the REPROCESSING cycle exposes to the risk of infection.
- Before every use, the product must be visually inspected for damage and any defects.
- In case of damage, the device must not be used and must be disposed of immediately.
- Collect and clean the device immediately after use.
- Do not use the product if the packaging is moist, difficult or unfamiliar.
- Report any serious incident that has occurred to the manufacturer and to the competent authority.

SHELF LIFE OF THE DEVICE
Sterile packaged: 5 years
DISPOSAL
- Dispose of after its last use, the device must be treated and disposed of as hospital waste, since cross infection risks might occur.
- Alternatively, the disposed device may be disposed according to the national regulations.

REPROCESSING INSTRUCTIONS
1. Risk analysis and categorization
- The risk class and categorization of this medical device must be performed responsibly and professionally by the user. The user is responsible for the correct classification of the medical products, the selection of the reprocessing steps and the performance of the reprocessing.

2. Reprocessing procedure
- Observe national directives, regulations and guidelines for the cleaning, disinfection and sterilization of medical products as well as the applicable specifications for dental practices and clinics.
- The person conducting the reprocessing is responsible for ensuring that the reprocessing, performed using the equipment, materials and personnel, achieves the desired results.
- The validation and routine monitoring of the reprocessing procedure are required: all devices used (ultrasonic bath, cleaning and disinfection device, sealing device, steam sterilizer) must undergo regular checks and maintenance/servicing.
- Any deviation from the instructions described herein by the reprocessing staff could lead to lower effectiveness and safety of the reprocessing, which lie solely within staff responsibility.
- The recommended reprocessing procedure consists of at least the following steps:
- Pre-cleaning
- Manual cleaning, ultrasonic rinsing, disinfection, final rinse, drying
- Automatic cleaning and disinfection
- Check for function
- Packing
- Steam sterilization
- Storage of the device
- Storage

3. Pre-cleaning

RISK OF INFECTION FROM CONTAMINATED PRODUCTS
- Reprocess the device correctly and promptly before its first use and after every subsequent use.

Wear protective gloves.

Use a face mask.

Use protective clothing.

3.1 Preparation at the point of use prior to reprocessing
- Directly after the treatment, aspirate at least 200 ml water for rinsing.
- Sequentially wipe down the device surfaces with two cleaning wipes to remove coarse organic and inorganic soiling.
- The cleaning wipes shall be compatible with polypropylene.
- Instruction for use of the wipes shall be followed.
- Transport the device in a closed container.
- Instruction for use of the cleaning and disinfectant agent shall be followed.
- Protect the unit from contamination when transporting it from the treatment to the reprocessing location.
- **Attention: Risk of immediate rinsing, disinfection, final rinse, drying**
- A disinfectant or a combined cleaning and disinfectant agent is required for manual disinfection. It must have the following properties: certified, possibly virucidal effective (EN/VAH), VAH or European Standard), alcohol-free and suitable for use with plastics.
- Comply with the concentration, temperature, reaction time and post-rinsing specifications issued by the manufacturer of the cleaning and disinfectant agent.
- Use clean, dry, oil- and particle-free compressed air.
- Never use brushes with metal bristles.
- Select a cleaning brush with nylon bristles to clean the external surface.
- Select a round cleaning brush with nylon bristles for cleaning the internal surface.
- Water shall have good microbiological quality (at least drinking water quality) and shall be at a maximum of 30°C.

3.2 Cleaning
- Place the device in a cleaning and disinfectant bath so that it is fully immersed.
- Comply with the reaction times of the cleaning and disinfectant agent.
- Clean the internal and interior surfaces completely with a hygienic brush keeping the device immersed in the ready-to-use solution.

3.3 Intermediate rinsing
- After the reaction time prescribed by the manufacturer, rinse thoroughly under water for at least 1 minute until all disinfectant residues have been removed.

3.4 Drying
- Dry at a clean location using a hygienic, lint-free cloth.
- Store dry to the external surface and in the lumen.

3.5 Automatic cleaning and disinfection
- A certified washer-disinfector and the following properties and validated processes is required: compliant to EN ISO 15883
- certified program for thermal disinfection (A0 value ≥ 3000)
- program suitable for the device with at least one final rinsing cycle
- If the washer-disinfector uses chemical cleaning agents and disinfectants, the following properties are required: non-foaming and aldehyde-free, compatible with polypropylene. Manufacturer's instruction for use must be followed.

3.6 Automatic cleaning and disinfection
- Position the device using the suitable holders in the washer-disinfector. It should be positioned easily and rinses the inner surfaces.
- Follow the instruction for use of the washer-disinfector.

3.7 Check for function
- After the last cleaning and disinfection cycle, check the device for any residual soiling and moisture, if necessary repeat the cycle.
- Dispose of the device if damaged.
- The device should be packaged as soon as possible after drying and checking.

3.8 Packing
- Select a sterilization barrier system suitable for the product and the steam sterilization procedure.
- Reels or pouches made of plastic film
- Temperature resistance up to 138°C
- Compliant with EN 868-2 and EN 868-5
- The sterile barrier system must be large enough. Once the device in the sterile barrier system must not be under strain.

3.9 Steam sterilization

RISK OF INFECTION DUE TO INCORRECT STERILIZATION
- Only steam sterilization must be used.
- Comply with the specified sterilization parameters.
- Comply with the manufacturer's instructions regarding use of the steam sterilizer.
- Use a validated steam sterilizer with the following properties and validated processes is required:
- compliant with EN 13060 or EN 285
- suitable program for the products listed (for example "Hollow bodies" program)
- Pulse steam sterilization
- validated process in accordance with EN ISO 17665-1

3.10 Steam sterilization
- Position the packed device on the tray of the steam sterilizing unit following the instructions for use provided by the manufacturer of the sterilizer
- Pre-vacuum 3 x
- Sterilization temperature: 134°C
- Sterilization time: 3 min
- Drying time: at least 10 minutes
- Total cycle time: 20 min

3.11 Storage of the device
- Store the sterilized device and/or the device ends with the documented clearance for storage and renewed use.
- Document the clearance of the medical product after reprocessing.

3.12 Storage
- Storage times shall depend on the type of packaging material and the storage conditions.
- Packaging must be protected against dust, humidity, excessive temperature fluctuations, damages and all contamination risks.
- Potential external contamination of the sterile barrier system should be taken into account in terms of aseptic preparation when establishing the storage conditions.

Quantity	MD Medical device
Date of manufacture	LOT Batch code
Protect from heat sources	REF Catalogue Number
Protect from moisture	UDI Unique Device Identification
Consult instructions for use	Distributed by

IT

DESTINAZIONE D'USO
Componente flessibile rigido a forma di tubo di aspirazione dentale progettato per essere inserito nella cavità orale per l'aspirazione e la rimozione di fluidi, aerosol e residui durante una procedura dentale, garantendo così un campo chirurgico asciutto. Il dispositivo è fornito sterile sterilizzato ed è sterilizzato.
UTILIZZATORE
Solo per l'uso da parte di personale odontoiatrico e personale qualificato.
TARGET PAZIENTE
La cannula viene utilizzata nel contesto di una procedura dentale ambulatoriale o chirurgica su minori e adulti, indipendentemente dal sesso, compresi le donne in gravidanza e in allattamento.

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

EM19	L=114 mm; D=16 mm
EM21	L=129 mm; D=16 mm
EM40 ASPIRATOR TIP	L=200 mm; D=11 mm

SPECIFICHE D'USO
- Consultare la sezione delle istruzioni per l'uso fornite con l'unità dentale o l'aspiratore chirurgico relative all'collegamento della cannula al manipolo dell'unità dentale o dell'aspiratore chirurgico.
- Spostare manualmente l'interruttore del prodotto. Collegare la cannula al tubo del sistema di aspirazione dentale o aspiratore chirurgico.
- Attivare il sistema di aspirazione. Il comfort funzionamento genera l'aspirazione di fluidi e aerosol solo dalla punta finale della cannula, senza ulteriori punti di aspirazione, come ad esempio nel collegamento con l'unità dentale o da fori nella lunghezza della cannula in questi casi, interrompere immediatamente l'utilizzo e smaltire l'unità.
- Dopo l'utilizzo, maneggiare il dispositivo come specificato nella ISTRUZIONI PER IL RIPROCESSAMENTO.

AVVERTENZE
- L'uso del dispositivo è controindicato in pazienti con sensibilità o allergie al polipropilene.
- L'azione meccanica di strofinare la cannula sulla bocca intera potrebbe causare lievissime e arrossamento.
- Il dispositivo non sono sterili al momento della consegna. Quindi, prima di essere utilizzati per la prima volta e dopo il trattamento di ciascun paziente, devono essere sottoposti a RIPROCESSAMENTO completo. Fare riferimento alle ISTRUZIONI PER IL RIPROCESSAMENTO.
- Il mancato rispetto del ciclo di RIPROCESSAMENTO espone a un rischio di infezione.
- Prima di ogni utilizzo, il prodotto deve essere controllato visivamente per verificare eventuali segni di usura.
- In caso di danni, il dispositivo non deve essere utilizzato e deve essere immediatamente smaltito.
- Raccogliere e pulire il dispositivo immediatamente dopo l'uso. Non utilizzare il prodotto se l'imballaggio è umido, difficile o sconosciuto.
- Segnalare eventuali incidenti gravi verificatisi al fabbricante e all'autorità competente.

DURATA DEL DISPOSITIVO
Massimo 500 cicli di sterilizzazione.
SMALTIMENTO
- Dopo l'ultimo utilizzo dopo il suo ultimo utilizzo, il dispositivo deve essere trattato e smaltito come rifiuto ospedaliero, poiché potrebbero verificarsi rischi di infezione crociata. In alternativa, il dispositivo smaltito può essere smaltito secondo le normative nazionali.

ISTRUZIONI PER IL RIPROCESSAMENTO
1. Analisi e categorizzazione dei rischi
- La classe di rischio e la categorizzazione di questo dispositivo medico devono essere eseguite in modo responsabile e professionale dall'utente. L'utente è responsabile della corretta classificazione dei prodotti medici, della definizione delle fasi di riprocessamento e dell'esecuzione del riprocessamento.

2. Procedura di riprocessamento
- Osservare le direttive nazionali, le norme e le specifiche nazionali per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione dei prodotti medici, nonché le specifiche applicabili per studi dentistici e cliniche.
- La persona che conduce il riprocessamento è la responsabile che il riprocessamento, eseguito utilizzando le attrezzature, i materiali e il personale utilizzati, ottenga i risultati desiderati.
- Sono necessari la convalida e il monitoraggio di routine della procedura di riprocessamento: tutti i dispositivi utilizzati (bagno a ultrasuoni, dispositivo di pulizia e disinfezione, dispositivo di sigillatura, sterilizzatrice a vapore) devono essere sottoposti a manutenzione e ispezioni regolari.
- Qualsiasi deviazione dalle istruzioni qui descritte del personale addetto al riprocessamento potrebbe portare a una minore efficacia e a possibili conseguenze negative, che ricadono esclusivamente sulla responsabilità del personale.
- La procedura di riprocessamento consigliata consiste in almeno i passaggi seguenti:
- Pre-pulizia
- Pulizia manuale, risciacquo intermedio, disinfezione, risciacquo finale, asciugatura
- Pulizia e disinfezione automatiche
- Verifica del funzionamento.
- Imballaggio
- Sterilizzazione a vapore.
- Stoccaggio del dispositivo
- Stoccaggio

3. Pre-pulizia

RISCHIO DI INFEZIONE DA PRODOTTI CONTAMINATI
- Riprocessare il dispositivo correttamente e tempestivamente prima del suo primo utilizzo e dopo ogni successivo utilizzo.

Indossare guanti protettivi.

Indossare occhiali protettivi.

Utilizzare una mascherina.

Indossare indumenti protettivi.

3.1 Preparazione al punto di uso prima del riprocessamento
- Subito dopo il trattamento, aspirare almeno 200 ml di acqua fresca.
- Pulire in sequenza le superfici esterne con due panni detergenti per rimuovere lo sporco organico e inorganico grossolano.
- I panni per la pulizia devono essere compatibili con il polipropilene.
- Devono essere seguite le istruzioni per l'uso dei panni detergenti.
- Proteggere l'unità durante il trasporto dal trasporto alla postazione di trattamento al luogo di riprocessamento.
- **Pulizia manuale, risciacquo intermedio, disinfezione, risciacquo finale, asciugatura**
- Per la disinfezione manuale è necessario un disinfettante o un detergente disinfettante combinato. Deve avere le seguenti proprietà: certificato, possibilmente efficace virucida (EN/VAH, VAH o Norma Europea), senza alcool e adatto all'uso con polipropilene.
- Rispettare le specifiche di concentrazione, temperatura, tempo di reazione e post-risciacquo fornite dal produttore del detergente disinfettante.
- Utilizzare aria compressa pulita, asciutta, non oleosa e priva di particelle.
- Non utilizzare spazzole con setole metalliche.
- Selezionare una spazzola per la pulizia esterna con setole in nylon per pulire la superficie esterna.
- Selezionare una spazzola per la pulizia rotonda con setole in nylon per pulire la superficie interna.
- L'acqua deve avere una buona qualità microbiologica (almeno di qualità potabile) e deve essere portata a una temperatura massima di 30°C.

3.2 Pulizia
- Posizionare il dispositivo in un bagno detergente e disinfettante in modo che sia completamente immerso.
- Rispettare il tempo di reazione del detergente disinfettante.
- Rispettare il tempo di reazione del detergente disinfettante.
- Pulire accuratamente tutte le superfici esterne e interne con una spazzola igienica mantenendo il dispositivo immerso nella soluzione.

3.3 Risciacquo intermedio
- Dopo il tempo di reazione prescritto dal produttore, sciacquare accuratamente in acqua per almeno 1 minuto fino a quando tutti i residui non siano più visibili.

3.4 Asciugatura
- Asciugare in un luogo pulito utilizzando un panno igienico e privo di lanugine.
- Asciugare il dispositivo con aria compressa in un luogo pulito.

3.5 Pulizia e disinfezione automatiche
- È necessario un disinfettatore certificato in possesso delle seguenti proprietà e processi convalidati:
- conforme a EN ISO 15883
- programma certificato per la disinfezione termica (valore A0 ≥ 3000)
- Se il disinfettatore utilizza detergenti chimici e disinfettanti, sono necessarie le seguenti proprietà: non fissante e privo di aldeidi, compatibile con il polipropilene. Consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

3.6 Pulizia e disinfezione automatiche
- Posizionare il dispositivo utilizzando gli appositi supporti nel disinfettatore. In modo che l'acqua fluisca facilmente e risciacqui le superfici interne.
- Seguire le istruzioni per l'uso del disinfettatore.

3.7 Verifica del funzionamento
- Al termine dell'ultimo ciclo di pulizia e disinfezione, controllare il dispositivo per eventuali residui di sporco e umidità residui. Se necessario, ripetere il ciclo.
- Smaltire il dispositivo se danneggiato.
- Imballare il dispositivo il più rapidamente possibile dopo l'asciugatura e il controllo.

3.8 Imballaggio
- Selezionare un sistema barriera sterile certificato, adatto al prodotto e alla procedura di sterilizzazione a vapore.
- Rotoli o buste in carta e pellicola plastica
- Resistenza alla temperatura fino a 138°C
- Conforme a EN 868-2 e EN 868-5
- Il sistema barriera sterile deve essere sufficientemente grande. Una volta riempito, il sistema barriera sterile non deve essere sottoposto a tensione.

3.9 Sterilizzazione a vapore

RISCHIO DI INFEZIONE A CAUSA DI STERILIZZAZIONE ERRATA
- Utilizzare esclusivamente la sterilizzazione a vapore.
- Rispettare tutti i parametri di processo specificati.
- Rispettare le istruzioni per l'uso del produttore relative all'uso della sterilizzatrice a vapore.
- È necessario l'utilizzo di una sterilizzatrice a vapore certificata, avente le seguenti proprietà e processi convalidati:
- conforme alla norma EN 13060 o EN 285
- programma adatto ai prodotti elencati (ad esempio programma per "corpi cavi")
- Sono necessari la convalida e il monitoraggio di routine della procedura di riprocessamento: tutti i dispositivi utilizzati (bagno a ultrasuoni, dispositivo di pulizia e disinfezione, dispositivo di sigillatura, sterilizzatrice a vapore) devono essere sottoposti a manutenzione e ispezioni regolari.
- Qualsiasi deviazione dalle istruzioni qui descritte del personale addetto al riprocessamento potrebbe portare a una minore efficacia e a possibili conseguenze negative, che ricadono esclusivamente sulla responsabilità del personale.
- La procedura di riprocessamento consigliata consiste in almeno i passaggi seguenti:
- Pre-pulizia
- Pulizia manuale, risciacquo intermedio, disinfezione, risciacquo finale, asciugatura
- Pulizia e disinfezione automatiche
- Verifica del funzionamento.
- Imballaggio
- Sterilizzazione a vapore.
- Stoccaggio del dispositivo
- Stoccaggio

3.10 Sterilizzazione a vapore
- Posizionare il dispositivo imballato sul vassoio dell'unità di sterilizzazione a vapore seguendo le istruzioni per l'uso del produttore della sterilizzatrice a vapore.
- Pre-vuoto 3 x
- Temperatura di sterilizzazione: 134°C
- Tempo di sterilizzazione: 3 min
- Tempo di asciugatura: almeno 10 minuti
- Tempo totale del ciclo: 20 min

3.11 Stoccaggio del dispositivo
- Il riprocessamento del dispositivo medico termina con la documentazione del rilascio per lo stoccaggio e il successivo utilizzo.
- Documentare il rilascio del dispositivo medico dopo il riprocessamento.

3.12 Stoccaggio
- Tempi di conservazione dipendono dal tipo di imballaggio utilizzato e dall'ambiente di stoccaggio.
- L'imballaggio deve essere protetto da polvere, umidità, sbalzi di temperatura eccessivi, danni e tutti i rischi di contaminazione.
- La potenziale contaminazione esterna del sistema barriera sterile dovrebbe essere presa in considerazione in termini di preparazione asettica al momento di stabilire le condizioni di conservazione.

Quantità	MD Dispositivo medico
Data di produzione	LOT Codice lotto
Proteggere da fonti di calore	REF Numero di catalogo
Proteggere dall'umidità	UDI Codice univoco del dispositivo
Numero di articolo	UDI Vettore UDI
Consultare le istruzioni per l'uso	Distribuito da

DE

VERWENDUNGSZWECK
Eine starre, hohle, röhrenförmige Komponente eines zahnärztlichen Absaugsystems, die für die Aspiration und Entfernung von Flüssigkeiten, Aerosolen und Schmutz während eines zahnärztlichen Eingriffs eingeführt wird, um so ein trockenes Operationsfeld zu gewährleisten. Das Absaugrohr wird sterilisiert und steril geliefert.
BENUTZER
Nur für den Einsatz durch zahnärztliches Personal und qualifiziertes Personal.
ZIELGRUPPE DER PATIENTEN
Die Absaugkanüle wird im Rahmen eines ambulanten oder chirurgischen zahnärztlichen Eingriffs bei Kindern und Erwachsenen, unabhängig vom Geschlecht, einschließlich schwangerer und stillender Frauen, verwendet.

EIGENSCHAFTEN DER ABSAUGKANÜLE

EM19	L=114 mm; D=16 mm
EM21	L=129 mm; D=16 mm
EM40 ASPIRATOR TIP	L=200 mm; D=11 mm

VERWENDUNGSSPEZIFIKATIONEN
- Beachten Sie den technischen Teil der Gebrauchsanweisung, die mit der Behandlungseinheit oder des chirurgischen Absaugers, die sich auf den Betrieb und Sicherheitsaspekte, wie das Handstück der Behandlungseinheit oder des chirurgischen Absaugers bezieht.
- Überprüfen Sie das Absaugsystem vor Verwendung auf ordnungsgemäße Funktion. Die Saugfunktion erzeugt Absaugung von Flüssigkeiten und Aerosolen nur von der Schließen Sie die Kanüle mit dem Saugsystemvon der Dentaleinheit oder von chirurgischen Aspirators an, falls erforderlich, mit einem Adapter.
- Behandeln Sie das Gerät nach dem korrekter Funktion der Absaugkanüle werden Aerosole und Flüssigkeiten nur von der Endspitze der Kanüle abgesaugt, d.h. nicht über Anschlüsse, z.B. an einer Stelle die Kanüle ein Saugeffekt auftritt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- AUFBEREITUNG ANWEISUNGEN angegeben.

WARNUNGEN
- Die Verwendung der Absaugkanüle ist bei Patienten mit Sensibilität oder Allergien gegen Polypropylen kontraindiziert.
- Eine mechanische Wirkung des Reibens der Kanüle am inneren Mund kann zu Reizungen und oberflächlicher Rötung führen.
- Die Absaugkanülen sind bei Lieferung nicht steril. Vor der ersten Verwendung und der Entfernung und nach der Verwendung bei jedem Patienten müssen sie einer VOLLSTÄNDIGEN AUFBEREITUNGSPROZESSEN.
- Bei Nichtbeachtung des AUFBEREITUNGS-Zyklus besteht das Risiko einer Kreuzinfektion.
- Vor jeder Verwendung muss das Produkt visuell auf Beschädigungen und allen Kontaminationsrisiken geprüft werden.
- Eine mögliche externe Kontamination des sterilen Barrieresystems sollte bei der Festlegung der Lagerbedingungen unter dem Gesichtspunkt der aseptischen Vorbereitung berücksichtigt werden.

Menge	MD Medizinprodukt

Herstelldatum	Hersteller
Chargencode	CE-Kennzeichnung
Katalognummer	UDI-Code
Gebrauchsanweisung beachten	Vertrieben durch

- Wiederaufbereitungsschritte sind die Durchführung der Aufbereitung.
- **Vorbereitungsverfahren**
- Erfüllen Sie alle nationalen Richtlinien, Normen und Spezifikationen für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation von Medizinprodukten sowie die geltenden Spezifikationen für Zahnarztpraxen und Kliniken.
- Die Person, die die Wiederaufbereitung durchführt, ist dafür verantwortlich, dass die Wiederaufbereitung mit den entsprechenden Geräten und Materialien die gewünschten Ergebnisse erzielt.
- Die Validierung und routinemäßige Überwachung des Wiederaufbereitungsverfahrens ist erforderlich: alle verwendeten Geräte (Ultraschallbad, Reinigungs- und Desinfektionsvorrichtung, Dichtvorrichtung, Dampfsterilisator) müssen regelmäßig gewartet und überprüft werden.
- Jede Abweichung von den hier beschriebenen Anweisungen des Wiederaufbereitungspersonals könnte zu einer geringeren Wirksamkeit und Sicherheit führen, was in der alleinigen Verantwortung des Personals liegt.
- Das empfohlene Wiederaufbereitungsverfahren besteht mindestens aus den folgenden Schritten:
- Vorreinigung
- Manuelle Reinigung, Zwischenspülung, Desinfektion, Endspülung, Trocknung Automatische Reinigung und Desinfektion
- Auf Funktion prüfen
- Verpackung
- Dampfsterilisation
- Lagerung des Instruments

3. Vorreinigung

RISIKO EINER INFEKTION DURCH KONTAMINIERTE PRODUKTE
- Bereiten Sie das Produkt vor der ersten Verwendung und nach jeder Verwendung sofort und sorgfältig gemäß den Anweisungen zur Wiederaufbereitung.

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Verwenden Sie eine Gesichtsmaske.

Verwenden Sie Schutzkleidung.

3.1 Vorbereitung am Einsatzort vor der Wiederaufbereitung
- Direkt nach der Behandlung mindestens 200 ml kaltes Wasser absaugen.
- Die Geräteoberflächen nacheinander mit zwei Reinigungstüchern sequenziell ab, um grobe organische und anorganische Verschmutzungen zu entfernen.
- Die Reinigungstücher müssen mit Polypropylen kompatibel sein.
- Die Anweisungen des Herstellers der Tücher sind zu befolgen.
- Legen Sie das Produkt in einen speziellen Behälter mit Deckel für den Transport.
- Die Anweisungen des Herstellers für die Verwendung des Reinigungs- und Desinfektionsmittels sind zu befolgen.
- Schützen Sie die Absaugkanüle vor Verunreinigungen, wenn sie vom Behandlungsraum zum Wiederaufbereitungsort transportiert wird.
- **Manuelle Reinigung, Zwischenspülung, Desinfektion, Endspülung, Trocknung**
- Für die manuelle Desinfektion ist ein Desinfektionsmittel oder ein Reinigungs- und Desinfektionsmittel erforderlich. Es muss folgende Eigenschaften haben: zertifiziert, virusidal Wirksamkeit (DVV/RKI, VAH oder Europäische Norm), alkoholfrei und für die Verwendung mit Polypropylen geeignet.
- Halten Sie die Spezifikationen für Konzentration, Einwirkzeit und Nachspülen des Herstellers des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ein.
- Verwenden Sie saubere, trockene, ölfreie und partikelfreie Druckluft.
- Verwenden Sie niemals Bürsten mit Metallborsten.
- Wählen Sie eine Reinigungsbürste mit Nylonborsten für die Absaugkanülen, um die Außenfläche zu reinigen.
- Wählen Sie eine runde Reinigungsbürste mit Nylonborsten für die Absaugkanülen, um die Innenfläche zu reinigen.
- Wasser muss eine gute mikrobiologische Qualität aufweisen (mindestens Trinkwasserqualität) und bei maximal 30°C sein.

3.2 Reinigung
- Legen Sie die Absaugkanüle in ein Reinigungs- und Desinfektionsbad, sodass sie vollständig eingetaucht sein.
- Halten Sie die Einwirkzeiten des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ein.
- Reinigen Sie die Innenflächen des Reinigungsmittels und des Desinfektionsmittels ein.

3.3 Zwischenspülung
- Nach der vom Desinfektionsmittelhersteller vorgeschriebenen Einwirkzeit, mindestens 1 Minute, gründlich unter Wasser abspülen, bis alle Desinfektionsmittelrückstände entfernt wurden.

3.4 Trocknung
- Trocknen Sie die Kanüle an einem sauberen Ort mit einem hygienischen, fusselfreien Tuch.
- Blasen Sie die Kanüle mit Druckluft an einem sauberen Ort trocken.

3.5 Automatische Reinigung und Desinfektion
- Es ist ein zertifizierter Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) muss folgenden Eigenschaften und validierten Prozesse besitzen:
- konform nach EN ISO 15883
- zertifiziertes Programm zur thermischen Desinfektion (A0 Wert ≥ 3000)
- für die Kanüle mit mindestens einem Endspülzyklus geeignetes Programm
- Wenn das Waschgerät chemische Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet, sind folgende Eigenschaften erforderlich: schaumfrei und aldehydfrei, kompatibel mit Polypropylen. Die Gebrauchsanweisung des Herstellers muss befolgt werden.

3.6 Automatische Reinigung und Desinfektion
- Positionieren Sie die Kanüle mit den geeigneten Halterungen im Waschgerät. Sie sollte problemlos sitzen, so dass das Wasser leicht fließen kann und die Innenflächen spült.
- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung für das Reinigungs- und Desinfektionsgerät.

3.7 Funktionsprüfung
- Überprüfen Sie nach dem Ende des Reinigungs- und Desinfektionszyklus die Kanüle auf Verschmutzung und Feuchtigkeit. Wiederholen Sie ggf den Zyklus.
- Entsorgen Sie die Absaugkanüle, wenn sie beschädigt ist.
- Die Absaugkanüle sollte so schnell wie möglich nach dem Trocknen und Prüfen verpackt werden.

3.8 Verpackung
- Wählen Sie ein sterilisiertes steriles Barrieresystem, das für das Produkt und das Dampfsterilisationsverfahren geeignet ist.
- Rollen oder Beutel aus Kunststofffolie
- Temperaturbeständigkeit bis 138°C
- Entspricht EN ISO 11607-1, EN 868-5
- Das sterile Barrieresystem muss groß genug sein. Nach dem Beladen darf das sterile Barrieresystem nicht gespannt sein.

3.9 Dampfsterilisation

RISIKO EINER INFEKTION DURCH FALSCHE STERILISATION
- Es darf nur eine Dampfsterilisation verwendet werden.
- Erfüllen Sie alle angegebenen Prozessparameter.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung des Dampfsterilisators.
- Es ist ein validierter Dampfsterilisationszyklus mit folgenden Eigenschaften und validierten Prozessen erforderlich:
- Entspricht EN ISO 13060 oder gleichwertigen geeigneten Programm für die aufgeführten Produkte (z. B. Programm für "Hohlkörper")
- Pulsierende Dampfsterilisation
- Validiertes Verfahren nach EN ISO 17665-1

3.10 Dampfsterilisation
- Positionieren Sie die verpackte Absaugkanüle auf der Tablett des Dampfsterilisators gemäß den Anweisungen des Herstellers des Sterilisators zur Gebrauchsanweisung
- Vorvakuum 3 x
- Sterilisationstemperatur: 134° C
- Sterilisationszeit: 3 Min
- Trocknungszeit: mindestens 10 Minuten
- Zykluszeit: 20 Min

3.11 Lagerung
- Die Aufbereitung des Medizinprodukts endet mit der dokumentierten Freigabe für Lagerung und erneute Verwendung.
- Dokumentieren Sie die Freigabe des Medizinprodukts nach der Aufbereitung.

3.12 Lagerung
- Die Lagerzeiten hängen von der Art der verwendeten Verpackung und der Lagerumgebung ab.
- Die Verpackung muss vor Staub, Feuchtigkeit, übermäßigen Temperaturschwankungen, Beschädigungen und allen Kontaminationsrisiken geschützt werden.
- Eine mögliche externe Kontamination des sterilen Barrieresystems sollte bei der Festlegung der Lagerbedingungen unter dem Gesichtspunkt der aseptischen Vorbereitung berücksichtigt werden.

Menge	MD Medizinprodukt
Herstelldatum	LOT Chargencode
Katalognummer	REF Katalognummer
Gebrauchsanweisung beachten	UDI Unique Device Identification
Vertrieben durch	

ES

USO PREVISTO
Componente tubular hueco y rígido de un sistema de succión dental diseñado para ser insertado en la cavidad oral para la aspiración y extracción de líquidos, aerosoles y residuos durante un procedimiento dental, garantizando así un campo quirúrgico seco. El dispositivo se suministra estéril y esterilizado.
USUARIO
Sólo para uso por personal dental y personal calificado.
GRUPO OBJETIVO
La cánula se utiliza en el contexto de un procedimiento dental ambulatorio o quirúrgico en pacientes pediátricos y adultos, independientemente del género, incluidas las mujeres embarazadas y en período de lactancia.

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO

EM19	L=114 mm; D=16 mm
EM21	L=129 mm; D=16 mm
EM40 ASPIRATOR TIP	L=200 mm; D=11 mm

ESPECIFICACIONES DE USO
- Consulte la sección de la Instrucción de Uso suministrada con la unidad dental o el aspirador quirúrgico relativa a los aspectos de funcionamiento y de seguridad, como la pieza de mano de la unidad dental o aspirador quirúrgico, utilizando un adaptador si es necesario.
- Inspeccione visualmente la integridad del producto. Conecte la cánula al tubo del sistema de succión dental o aspirador quirúrgico, utilizando un adaptador si es necesario.
- Active el sistema de aspiración. El correcto funcionamiento implica la succión de fluidos y aerosoles sólo desde la punta final de la cánula, sin más puntos de aspiración, es decir, en la conexión con la unidad dental o a través de orificios a lo largo de la cánula. En estos casos, deje de usar el dispositivo inmediatamente y deséchelo la unidad.
- Después de su uso, manipule el dispositivo como se especifica en las INSTRUCCIONES DE REPROCESAMIENTO.

ADVERTENCIAS
- El uso del dispositivo está contraindicado en pacientes con sensibilidad o alergias al polipropileno.
- La acción mecánica de frotar la cánula en la piel y mucosa puede causar un ligero desgaste y enrojecimiento superficial.
- Los dispositivos no son estériles en la entrega. Por lo tanto, antes de que se utilicen la primera vez y cada vez después del tratamiento de cada paciente, deben someterse a un REPROCESAMIENTO completo. Consulte las INSTRUCCIONES DE REPROCESAMIENTO.
- El incumplimiento del ciclo de REPROCESAMIENTO expone a un riesgo de infección.
- Antes de cada uso, el producto debe ser inspeccionado visualmente para detectar cualquier signo de desgaste.
- En caso de daños, el dispositivo no debe utilizarse y debe desecharse inmediatamente.
- Recoja y limpie el dispositivo inmediatamente después de su uso. No utilice el producto si el embalaje está húmedo, difícil o dañar sin efecto la limpieza.
- Informe de cualquier incidente grave que se haya producido al fabricante y a la autoridad competente.

VIDA ÚTIL DEL DISPOSITIVO
Hasta 500 ciclos de esterilización.
DISPOSICIÓN
- Después de su último uso, el dispositivo debe ser tratado y eliminado como residuos hospitalarios, ya que podrían producirse riesgos de infección cruzada.
- Alternativamente, el dispositivo desechado puede ser eliminado de acuerdo con la normativa nacional.

INSTRUCCIONES DE REPROCESAMIENTO
1. Análisis y categorización de riesgos
- El usuario debe realizar un análisis de riesgos y una categorización de este dispositivo médico de forma responsable y profesional. El usuario es responsable de la correcta clasificación de los productos médicos, la definición de los pasos de reprocesamiento y el rendimiento del reprocesamiento.

2. Procedimiento de reprocesamiento
- Cumplir con todas las directivas, normas y especificaciones nacionales para la limpieza, desinfección y esterilización de productos médicos, así como las especificaciones aplicables para consultorios dentales y clínicas.
- La persona que realiza el reprocesamiento es responsable de asegurar que la retratamiento, realizado utilizando el equipo, los materiales y el personal adecuados, alcanzó los resultados deseados.
- Es necesario validar y supervisar de forma rutinaria el procedimiento de reprocesamiento: todos los dispositivos utilizados (baño ultrasónico, dispositivo de limpieza y desinfección, dispositivo de sellado, esterilizador de vapor) deben someterse a mantenimiento e inspecciones regulares.
- Cualquier desviación de las instrucciones descritas en este documento por el personal de reprocesamiento podría conducir a una menor eficacia y consecuencias negativas, que es encuentran exclusivamente en la responsabilidad del personal.
- El procedimiento de reprocesamiento recomendado consiste, como mínimo, en los siguientes pasos:
- Pre-limpieza
- Limpieza manual, enjuagamiento intermedio, desinfección, enjuagamiento final, secado
- Limpieza y desinfección automatizadas
- Verificación de funcionamiento
- Embalaje
- Esterilización a vapor.
- Validación de l'aparell
- Emmagatzematge

3. Pre-limpieza

**RIESGO DE

- Umístěte zařízení pomocí hrudních držáků do desinfekční podložky tak, aby voda snadno tekla z jednotlivých vnějších povrchů.
- Postupujte podle pokynů pro použití desinfekčního prostředku.

Kontrola funkčnosti

Po skončení cyklu čištění a dezinfekce skontrolujte, zda přístroj není poškozený a neobsahuje ani vlhkost. V případě potřeby opakujte cyklus.

Pokud je přístroj poškozený, nepoužívejte ho.

Přístroj by měl být zabalen co nejdříve po vysušení a kontrole.

Balení

- Vyberte certifikovaný sterilní balicí systém vhodný pro použití v postupu sterilizace páry.
- Vyberte se certifikovaným parní sterilizační jednotka a dodržujte pokyny výrobce sterilizačních obalových systémů.

Přestavení

- Sterilizační teplota: 134°C
- Doba sterilizace: 5 minut
- Doba sušení: nejméně 10 minut

Parní sterilizace

Nepřerušovaný předvakuový sušení kondenzace a odvodnění pomocí pulzování.

- Doložte clearance zdravotnického přípravku po sterilizaci.

10.Úložiště

Zdravotnické zařízení zabalené nebo použitého obalu a sterilizační kontejnery.

Obaly musí být chráněny před prachem, vlhkostí, nadměrným teplotním výkyvy, poškozením a veškerými riziky kontaminace.

Při skladování sterilizovaných podmínek by měla být ochlazena potenciální vnější kontaminace sterilního obsahu, například prachem, a to v aseptickou dobu.

EL

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Συμβατό με αυτόματες μονάδες συστατικό ενός ιατρικού συστήματος αναπνευστικής υποβοήθησης με σωλήνα, στα συμπτώματα στα οποία κυκλοφορεί και υποστηρίζεται ο ασθενής με μη επεμβατικό αερισμό και υπολαμβάνει κατά το διάρκεια μιας αποκαταστατής, παρεμβατικής ή χειρουργικής διαδικασίας που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο.

ΣΚΟΠΟΣ

Χρησιμοποιείται μόνο από οδοντιατρικό και οδοντικό προσωπικό.

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η θεραπεία που αναφέρεται παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συνολοκαταγωγής ή χρησιμοποιής οδοντιατρικής ιατρικής συσκευής, η οποία είναι κατάλληλη για χρήση σε ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιών και πληθυσμών ασθενών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

EM19	L=114 mm; D=16 mm
EM21	L=129 mm; D=16 mm
EM40 ASPIRATOR TIP	L=200 mm; D=11 mm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του κινητήρα για τις σωστές ρυθμίσεις και τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε μόνο με τον αφαιρούμενο σε ένα μόνο ασθενή, ανάλογα με τις οδηγίες χρήσης της οδοντιατρικής μονάδας ή του χειρουργικού κινητήρα.
- Επιλέξτε μόνο τα κατάλληλα εξαρτήματα για τη χρήση.
- Ελέγξτε ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση.
- Μετά τη χρήση, χειριστείτε τα μολυσμένα αντικείμενα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή εάν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.
- Μην χρησιμοποιείτε κατά διάρκεια μαγνητικής τομογραφίας.
- Ενηλίξτε μια βαλβίδα ασφαλείας για να αποφευχθεί η υπερβολική πίεση.
- Ελέγξτε μια βαλβίδα ασφαλείας για να αποφευχθεί η υπερβολική πίεση.
- Τα εξαρτήματα μιας χρήσης δεν πρέπει να επαναποστειρωθούν.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή εάν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.
- Μετά τη χρήση, χειριστείτε τα μολυσμένα αντικείμενα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή εάν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

- Αφαιρέστε τα εξαρτήματα μιας χρήσης.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα βρεγμένο πανί.
- Στεγνώστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η συσκευή και τα εξαρτήματα μιας χρήσης πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑΝΤΣΑΤΙΚΗΣ

- Κλείστε τις ανοιχτές πόρτες και παράθυρα.
- Απενεργοποιήστε τις συσκευές.
- Εκκενώστε τις συσκευές.
- Απενεργοποιήστε τις παροχές νερού.

Προειδοποιήσεις

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σωστά και ομοιόμορφα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σωστά και ομοιόμορφα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σωστά και ομοιόμορφα